

Codice A1414C

D.D. 15 marzo 2021, n. 359

**Studio Medico Mirafiori srl: autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio sito in strada Basse del Lingotto n. 19A a Torino, in sostituzione di apparecchiatura RM da 0,4 Tesla**



**ATTO DD 359/A1414C/2021**

**DEL 15/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori**

**OGGETTO:** Studio Medico Mirafiori srl: autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio sito in strada Basse del Lingotto n. 19A a Torino, in sostituzione di apparecchiatura RM da 0,4 Tesla

Con nota del 10 luglio 2020 (protocollo regionale n. 28250/A1400A del 09.09.2020) il Legale Rappresentante della società "Studio Medico Mirafiori srl", con sede in strada Basse del Lingotto n. 19/A a Torino, ha depositato l'istanza di sostituzione per avvenuta obsolescenza della tecnologia dell'apparecchiatura a risonanza magnetica in uso presso l'ambulatorio sito in strada Basse del Lingotto n. 19A a Torino. L'istanza, successivamente integrata con nota del 23 dicembre 2020 trasmessa in pari data a mezzo PEC, è corredata dalla relativa dichiarazione di conformità agli "standard" previsti dal D.M. 2 agosto 1991 e del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, ora contenuti nel DM 10 agosto 2018.

Il progetto prevede l'installazione di una nuova apparecchiatura a risonanza magnetica ad uso diagnostico, prodotta dalla "Siemens Healthcare GMBH" modello "Magentom Altea", con magnete superconduttore da 1,5 Tesla (*identificativo BD/RDM: 1808989 – CND: Z11050104 Tomografo a magnete chiuso con intensità di campo inferiore o uguale a 2T*), in sostituzione dell'apparecchiatura attualmente installata modello "Aperto Eterna" da 0,4 Tesla prodotta da "Esaote S.p.A."

Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma;

visto il DM 10 agosto 2018 recante: "*Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica*" che disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione

magnetica non superiore a 4 Tesla, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018;

dato atto che con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

acquisito in data 12 e 15 marzo 2021 il parere favorevole all'installazione e all'uso dell'apparecchiatura in oggetto presso l'ambulatorio sito in strada Basse del Lingotto n. 19/A a Torino espresso dal Gruppo tecnico di cui sopra in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante dello Studio Medico Mirafiori srl;

preso atto che il Legale Rappresentante dello Studio Medico Mirafiori srl è autorizzato all'esercizio dell'attività sanitaria presso l'ambulatorio sito in strada Basse del Lingotto n. 19/A con autorizzazione rilasciata dal Comune di Torino n. 14/16 del 12.02.2014 e accreditato con DGR n. 40-14911 del 28.02.2005;

considerato inoltre che sono rispettati i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla D.G.R. n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB2016.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, autorizzare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, il Legale Rappresentante della società "Studio Medico Mirafiori srl" all'installazione e all'utilizzo dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica ad uso diagnostico prodotta dalla "Siemens Healthcare GMBH" modello "Magentom Altea" con magnete superconduttore da 1,5 Tesla (*identificativo BD/RDM: 1808989 – CND: Z11050104*) presso l'ambulatorio sito in strada Basse del Lingotto n. 19/A a Torino, in sostituzione dell'apparecchiatura attualmente installata modello "Aperto Eterna" da 0,4 Tesla prodotta da "Esaote S.p.A.".

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147;
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

## **DETERMINA**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, il Legale Rappresentante della società "Studio Medico Mirafiori srl" all'installazione e all'utilizzo dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica ad uso diagnostico prodotta dalla "Siemens Healthcare GMBH" modello "Magentom Altea" con magnete superconduttore da 1,5 Tesla (*identificativo BD/RDM: 1808989 – CND: Z11050104*) presso l'ambulatorio sito in strada Basse del Lingotto n. 19/A a Torino, in sostituzione dell'apparecchiatura attualmente installata modello "Aperto Eterna" da 0,4 Tesla prodotta da "Esaote S.p.A.";

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura.

*Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.*

*La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.*

Il Funzionario estensore  
dott. Antonio TRICARICO

LA DIRIGENTE (A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i  
soggetti erogatori)  
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto