

Codice A1414D

D.D. 4 agosto 2022, n. 1449

**Pro Infantia S.p.A.: autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 0,4 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso la Casa di cura privata "Koelliker" sita in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino, in sostituzione dell'apparecchiatura RM "settoriale" da 0,3 Tesla**



**ATTO DD 1449/A1400A/2022**

**DEL 04/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Pro Infantia S.p.A.: autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 0,4 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso la Casa di cura privata "Koelliker" sita in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino, in sostituzione dell'apparecchiatura RM "settoriale" da 0,3 Tesla

Con nota protocollo regionale n. 25252/A1414D del\_04.07.2022 il Legale Rappresentante della società "Pro Infantia S.p.A.", con sede legale in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino, ha depositato la domanda di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica fino a 2 Tesla presso la Casa di cura privata "Koelliker" sita in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino corredata dalla relativa dichiarazione di conformità agli "standard" previsti dal D.M. 2 agosto 1991 e del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, ora contenuti nel DM 10 agosto 2018.

Il progetto in questione prevede l'installazione di una apparecchiatura a risonanza magnetica *total body* per uso diagnostico, prodotta da "Esaote S.p.A." modello "*Magnifico Open*" con magnete aperto da 0,4 Tesla (identificativo BD/RDM: 2180918 – CND: Z11050102 Tomografi a magnete aperto con intensità di campo magnetico inferiore o uguale a 0,5 T), in sostituzione dell'apparecchiatura R.M. "settoriale" modello "*O-Scan*" prodotto dalla ditta "Esaote S.p.A." con magnete permanente con intensità di campo limitato da 0,3 Tesla.

Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma;

visto il DM 14 gennaio 2021 recante: "*Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione*" che disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di

induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018, successivamente abrogato dal DM 14 gennaio 2021;

dato atto che con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

in data 02 agosto 2022 il Gruppo tecnico costituito con Determinazione n. 397 del 4 maggio 2020 ha trasmesso con email il parere favorevole all'installazione e all'uso dell'apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 0,4 Tesla presso la Casa di cura privata "Koelliker" sita in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante di Pro Infancia S.p.A.;

preso atto che il Legale Rappresentante della società Pro Infancia S.p.A., titolare della Casa di cura privata "Koelliker" sita in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino, è autorizzato all'esercizio dell'attività di Ambulatorio medico polispecialistico con Diagnostica per Immagini di I livello in virtù dell'autorizzazione n. 52/16 rilasciata dalla Città di Torino, Divisione Servizio Commercio, Servizio Attività Economiche e di Servizio SUAP Comparto Sanità in data 19 luglio 2022;

dato atto che la Casa di cura privata Koelliker è accreditata, ai sensi della DCR 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i., per l'attività ambulatoriale di Diagnostica per Immagini di I livello (cod. 69) con DGR del 23 maggio 2018, n. 18-8822 e sue successive modificazioni e integrazioni;

considerato inoltre che sono rispettati i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla D.G.R. n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB2016.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, autorizzare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 il Legale Rappresentante della società "Pro Infancia S.p.A." con sede legale in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino all'installazione e all'utilizzo dell'apparecchiatura a risonanza magnetica *total body* per uso diagnostico, prodotta da "Esaote S.p.A." modello "*Magnifico Open*" con magnete aperto da 0,4 Tesla (identificativo BD/RDM: 2180918 – CND: Z11050102 Tomografi a magnete aperto con intensità di campo magnetico inferiore o uguale a 0,5 T), in sostituzione dell'apparecchiatura RM "settoriale" da 0,3 Tesla, presso la Casa di Cura privata "Koelliker" sita in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991

- D.M. 14 gennaio 2021
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

*determina*

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, il Legale Rappresentante della società "Pro Infancia S.p.A." con sede legale in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino all'installazione e all'utilizzo dell'apparecchiatura a risonanza magnetica *total body* per uso diagnostico, prodotta da "Esaote S.p.A." modello "*Magnifico Open*" con magnete aperto da 0,4 Tesla (identificativo BD/RDM: 2180918 – CND: Z11050102 Tomografi a magnete aperto con intensità di campo magnetico inferiore o uguale a 0,5 T), in sostituzione dell'apparecchiatura RM "settoriale" da 0,3 Tesla, presso la Casa di Cura privata "Koelliker" sita in corso Galileo Ferraris n. 247/255 a Torino;

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

*Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.*

*La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.*

Il Funzionario estensore  
dott. Antonio TRICARICO

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Firmato digitalmente da Mario Minola