

Codice A1414E

D.D. 20 febbraio 2026, n. 78

Fondazione Orizzonte Speranza ETS: autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio della Casa di cura privata "Stella del Mattino" sita in via Mellana n. 7 a Boves (CN), in sostituzione dell'apparecchiatura RM autorizzata con DD n. 638 del 11 ottobre 2018.



ATTO DD 78/A1400B/2026

DEL 20/02/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Fondazione Orizzonte Speranza ETS: autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1,5 Tesla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso l'ambulatorio della Casa di cura privata "Stella del Mattino" sita in via Mellana n. 7 a Boves (CN), in sostituzione dell'apparecchiatura RM autorizzata con DD n. 638 del 11 ottobre 2018.

Premesso che,

con Determinazione n. 638 dell'11 ottobre 2018 il Legale Rappresentante della Fondazione Orizzonte Speranza Onlus (ora Ente del Terzo Settore ex D.lgs. 117/17) è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, all'uso in regime esclusivamente privato dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica per uso diagnostico, modello "S-Scan eXP" prodotta dalla "Esaote S.p.A." con magnete permanente a intensità di campo da 0,35 Tesla presso la Casa di Cura "Stella del Mattino" sita in via Mellana n. 7 a Boves (CN);

con nota del 06 febbraio 2026, acquisita al protocollo regionale n. 3389/A1400A del 09.02.2026, il dott. Emilio Arpino nato a (omissis), in qualità di Legale Rappresentante dell'ente morale "Fondazione Orizzonte Speranza ETS", con sede legale in via Mellana n. 7 a Boves (CN), ha depositato la domanda di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica fino a 2 Tesla presso l'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini ubicato nei locali della Casa di cura privata "Stella del Mattino" sita in via Mellana n. 7 a Boves (CN) corredata dalla relativa dichiarazione di conformità agli "standard" previsti dal D.M. 2 agosto 1991 e del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, ora contenuti nel DM 14 gennaio 2021;

il progetto in istanza prevede l'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica ad uso diagnostico, prodotta da "Philips Medical Systems Nederland B.V." modello "MR 5300" con magnete superconduttore a basso contenuto di elio da 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2942430 – CND: Z11050104 - tomografi a magnete chiuso con intensità di campo inferiore o uguale a 2T), in sostituzione dell'apparecchiatura R.M. modello "S-Scan eXP" prodotta dalla "Esaote S.p.A." con magnete permanente a intensità di campo da 0,35T, precedentemente autorizzato con DD n. 638 del 11 ottobre 2018.

Preso atto che,

sono stati individuati il medico responsabile della struttura sanitaria in cui si intende installare l'apparecchiatura: dott. Luigi Marro – Qualifica: Direttore Sanitario, il medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura: dott. Ugo Maisano – Qualifica: Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica iscritto all'Albo provinciale dei Medici Chirurghi di Cuneo al numero 3680 dal 08.03.2001 e l'esperto responsabile della sicurezza dell'impianto: dott.sa Giulia Lo Moro – Qualifica: Dottore in Fisica iscritta all'Albo dei Chimici e Fisici del Piemonte e Valle d'Aosta al n. 2420F;

il Legale Rappresentante della Fondazione Orizzonte Speranza ETS, titolare dell'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello ubicato nei locali della Casa di cura privata "Stella del Mattino" sita in via Mellana n. 7 a Boves (CN), è autorizzato all'esercizio dell'attività specialistica di Diagnostica per Immagini di I livello con provvedimento unico SUAP n. 21/2018 – prot. n. 9998 del 31 maggio 2018 rilasciato dalla Città di Boves (CN);

sono state definite le procedure previste per l'espletamento della sorveglianza sanitaria sui lavoratori autorizzati all'ingresso nel sito RM ai sensi del DM 14 gennaio 2021.

Visto l'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica fino a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma;

visto il DM 14 gennaio 2021 recante: *"Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione"* che disciplina gli aspetti relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica per uso clinico con campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018.

Dato atto che,

con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

con nota prot. n. 3633/A1414E del 11.02. 2026 è stata inoltrata richiesta di parere al Gruppo tecnico ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente che, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante della Fondazione Orizzonte Speranza ETS, a mezzo posta elettronica acquisita agli atti in data 13 febbraio 2026 hanno trasmesso il nulla osta all'installazione e all'uso dell'apparecchiatura a risonanza magnetica presso i locali dell'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini ubicato presso la Casa di cura privata "Stella del Mattino" sita in via Mellana n. 7 a Boves (CN).

Considerato inoltre che sono rispettati i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla D.G.R. n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4

marzo 2013 prot. n. 6704/DB2016 in quanto l'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello ubicato nei locali della Casa di cura privata "Stella del Mattino" non è accreditato con il SSR.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, autorizzare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 il Legale Rappresentante dell'ente morale "Fondazione Orizzonte Speranza ETS" all'installazione e all'utilizzo in regime esclusivamente privato dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotta da "Philips Medical Systems Nederland B.V." modello "MR 5300" con magneti superconduttore a basso contenuto di elio da 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2942430 – CND: Z11050104) presso l'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello ubicato nei locali della Casa di cura privata "Stella del Mattino" sita in via Mellana n. 7 a Boves (CN) in sostituzione dell'impianto autorizzato con DD n. 638 del 11 ottobre 2018.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.M. 14 gennaio 2021;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147 articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, il Legale Rappresentante dell'ente morale "Fondazione Orizzonte Speranza ETS" all'installazione e all'utilizzo in regime esclusivamente privato dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotta da "Philips Medical Systems Nederland B.V." modello "MR 5300" con magneti superconduttore a basso contenuto di elio da 1,5 Tesla (identificativo BD/RDM: 2942430 – CND: Z11050104) presso l'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini di I livello ubicato nei locali della Casa di cura privata "Stella del Mattino" sita in via Mellana n. 7 a Boves (CN) in sostituzione dell'impianto autorizzato con DD n. 638 del 11 ottobre 2018.

2. di far carico al Legale Rappresentante dell'ente morale indicato al punto precedente di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

Il Funzionario estensore
dott. Antonio TRICARICO

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile